

ガニレスト®の使い方(自己注射ガイド)の一部変更のお知らせ

謹啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社並びに弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度GnRHアンタゴニスト製剤「ガニレスト®皮下注0.25mgシリンジ」に関する資材、ガニレスト®の使い方(自己注射ガイド)に一部変更がございましたのでお知らせいたします。

変更に伴い、新しいガニレスト®の使い方(自己注射ガイド)を同封させていただきます。先生方のご診療の一助となれば幸いです。

謹白

2022年4月吉日

オルガノン株式会社




●変更内容

ガニレスト®は、製造工程上生じる気泡を含めて投与することが想定されるプレフィルドシリンジです。気泡を除去すると、注射液量が減少し薬の効果が低下するリスクがあります。そのため、薬剤チェックの行程においてシリンジ・注射針から必ずしも気泡を除去する必要がない、という内容に変更をいたしました。

●変更資材

ガニレスト®の使い方(自己注射ガイド) (裏面参照)

※患者向医薬品ガイド ガニレスト®皮下注0.25mgシリンジも同時に変更をしております。



裏面もご覧ください

オルガノン株式会社

【お問い合わせ先】

オルガノン株式会社 カスタマーサポートセンター

電話番号 0120-095-213

受付時間 9:00~17:30(土日祝日・当社休日を除く)

2022年4月作成
GNR22LT0007

GnRHアンタゴニスト製剤

副薬
処方箋医薬品：注意—医師等の処方箋により使用すること

ガニレスト® ■薬価基準記載
皮下注0.25mgシリンジ
GANIREST® Subcutaneous 0.25mg Syringes
ガニレリクス酢酸塩注射液

変更内容の詳細

●ガニレスト®の使い方(自己注射ガイド) 一部変更



3ページ目

注射をする前の準備の薬剤のチェックが変更になります。

変更前

●薬剤のチェック

手順3 包装から注射器を取り出し、針キャップを外す前に押し子(プランジャー)が緩んでいないか確認します。

- 包装から注射器を取り出します。
- 緩んでいる場合には押し子(プランジャー)を時計回りに回転し、固定させてください。

手順4 針キャップを外し、空気を上に集めます。

- 注射器を上に向けて針キャップを外します。
- 針先を上にして空気の泡があがるように3~4回軽くはじきます。

手順5 薬液が出ることを確認します。

針先を上にした状態でゆっくり押し子(プランジャー)を押して必ず針先に薬液が1滴出てくるのを確認してください。

変更後

●薬剤のチェック

手順3 包装紙から注射器を取り出し、注射器を上に向けて針キャップを外します。

- 包装から注射器を取り出します。
- 注射器を上に向けて針キャップを外します。その際、注射針には触れないようにしてください。プレフィルドシリンジの中に気泡が見られることがあります。これは想定されているものであり、気泡を抜く必要はありません。
(気泡の除去を希望される場合には右の手順をご参考になしてください)

[参考] シリンジ内の気泡を除去する場合

- 針先を上にして、シリンジを3~4回軽くはじき、気泡が注射針の先端まで上がってくるようにします。
- 針先を上にした状態でゆっくり押し子(プランジャー)を押して気泡を除去します。
※シリンジ内の気泡を除去する場合には、薬の効果が低下する可能性がありますので、注射液を減じないように注意してください。

ガニレスト®の使い方(自己注射ガイド)の追加のご注文、他の患者さん用資材については、医療関係者向けWebサイト Organon Connect (<https://www.organonconnect.jp/>) からご確認ください。

●取り寄せ可能ツールのご確認はこちら



ORGANON Connect

<https://organonconnect.jp/products/toolorder/index.xhtml>